Attachment #1: Assay Screenshots as interpreted by MedTec, Inc.

1. Pump names and splash screen



3. TEST 49 Assay

Assay Name 49

Step	Reagent	Temp	Pump	Variable	Hours	Minutes	Volume	Speed	Cycles	Alarm	Aspirate
1	HYBRD	49			1	0	2.0	MED	1		YES
2	STRIN	49			0	3	2.0	MED	2	NO	
3	STRIN	49			0	30	2.0	MED	1	NO	YES
4	RINSE	RT			0	1	2.0	MED	2	NO	
5	CONJU	RT			0	30	2.0	MED	1	NO	YES
6	RINSE	RT			0	3	2.0	MED	2	NO	
7	SUBUF	RT			0	3	2.0	MED	1	NO	YES
8	SUBST	RT		NO	0	30	2.0	MED		NO	YES
9	RINSE	RT			0	3	2.0	MED	1	NO	YES
10	RINSE	RT			0	10	2.0	MED	1	NO	NO
11											